Flaschenliste

	Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
	A004	PE, Weiss Rot	500 ml			1 CrVI, I^-, Trübung, Trockenrückstand, Abdampfrückstand 2 BSB 1 PFAS
 	A700	Glas, Grün Schwarz	1'000 ml		Bis zum Flaschenhals füllen (siehe links roten Balken)	2 PAK, PCB, KW C_{10}-C_{40}
	A401	Glas, Grün Weiss	500 ml		Nur zu 80 % füllen; H_2SO_4 nicht ausspülen	2 Phenole
	A112	Glas, Klar Weiss	40 ml		Blasenfrei bis zum Rand füllen	3 VOC, LCKW, BTEX, KW C_5-C_{10}
	A102	PE, Weiss Schwarz	100 ml		HNO_3 nicht ausspülen	1 Metalle - Gesamt (ausser Hg), Phosphor - Gesamt
	A107	Glas, Klar Schwarz	100 ml		HCl nicht ausspülen, blasenfrei bis zum Rand	1 Hg - Gesamt 1 Hg - Gelöst (Probe filtrieren)
	A119	PE, Weiss Blau	100 ml		HCl nicht ausspülen	2 Fe (II), Mn (II)
	A120	PE, Weiss Weiss	100 ml		Filtrieren, HNO_3 nicht ausspülen	1 Metalle - Gelöst (ausser Hg), Gesamthärte

Version erstellt	Julian Bachmann	15.10.2026
Geprüft	Fabian Brachthäuser	16.10.2026
Geprüft	Tobias Weber	20.10.2026
Freigegeben	Julian Bachmann	20.10.2026

Flaschenliste

	Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
	A203	PET, Klar Weiss	250 ml		Blasenfrei bis zum Rand	2 Basen-/Säurenkapazität, m-Wert, Karbonathärte 1 pH, Leitfähigkeit, Durchsichtigkeit (Snellen), Aspekte
	A115	PE, Weiss Rot	100 ml		Filtrieren	1 Anionen (F^-, Cl^-, NO_3^-, Br^-, SO_4^{2-}) 1 Zusätzliche Anionen (PO_4^{3-} ,NO_2^-)
	A703	PE, Weiss Rot	1'000 ml		AOF: Flasche komplett bis zum Rand füllen	2 Absetzbare Stoffe 1 Abfiltrierbare Stoffe (GUS) 1 AOF
	A060	PE, Weiss Weiss	60 ml		Filtrieren, H_2SO_4 nicht ausspülen	1 DOC, NH_4^+
	A106	Glas, Braun Weiss	60 ml		H_2SO_4 nicht ausspülen	1 Phenolindex
	A200	Glas, Braun Weiss	250 ml		HNO_3 nicht ausspülen	1 AOX
	A208	PE, Weiss Weiss	250 ml		H_2SO_4 nicht ausspülen	1 CSB, TNb, TKN, TOC, $KMnO_4$
	A114	PE, Schwarz Blau	60 ml		NaOH nicht ausspülen	1 Cyanid gesamt, Cyanid leicht freisetzbar
	A210	PE, Weiss Schwarz	250 ml		NaOH nicht ausspülen	1 Cyanid frei, Sulfid, Sulfit

Version erstellt	Julian Bachmann	15.10.2026
Geprüft	Fabian Brachthäuser	16.10.2026
Geprüft	Tobias Weber	20.10.2026
Freigegeben	Julian Bachmann	20.10.2026

Flaschenliste

	Artikelnr. Name	Material Deckelfarbe	Inhalt	GHS-label	Enthaltene Konservierung Füllvorschrift	Anzahl Flaschen, Analysenparameter
	FOCl	Glas, Klar Schwarz	250 ml		Vorspülen, möglichst blasenfrei füllen	2 FOCl
	MiBi	PE	250 ml		Nicht ausspülen, auf saubere und sterile Hand-habung achten	1 Aerobe mesophile Keime, E. coli, Enterokokken
	O2	Glas, Weiss Geeicht	250 ml		Probe im Dunkeln aufbewahren (siehe rechts)	1 Sauerstoff Der durch die Eichung ermittelte Inhalt ist auf der Flasche eingeritzt. Der zugehörige Stopfen ist mit derselben Nummer versehen. Durch Eintauchen des Probenahmeschlauchs blasenfrei und unter Vermeidung von Turbulenzen abfüllen, anschliessend mit den beiden mitgelieferten Winklerreagenzien versetzen. Probe im Dunkeln aufbewahren.

Version erstellt	Julian Bachmann	15.10.2026
Geprüft	Fabian Brachthäuser	16.10.2026
Geprüft	Tobias Weber	20.10.2026
Freigegeben	Julian Bachmann	20.10.2026