

Envoi échantillons spéciaux

RAPPEL : Le laboratoire AL-WEST est un laboratoire de traces, en conséquence, si votre échantillon présente une caractéristique particulière, celle-ci doit nous être signalée en apposant les étiquettes mises à votre disposition sur simple demande.

1. Echantillon pollué – Toute matrice

Si l'échantillon transmis peut présenter de fortes teneurs, en se basant sur vos constats de terrain (mesure PID, historique, indices organoleptiques, etc ...), nous vous demandons de l'indiquer en apposant sur les échantillons l'étiquette ci-dessous :

VERDACHT

La présence de cette étiquette signalera à nos équipes un risque et permettra de prendre les mesures nécessaires pour protéger le personnel de laboratoire mais également notre matériel d'analyse.

NOTE : En l'absence de cet avertissement et si une concentration anormalement élevée venait à endommager le matériel et que cette pollution était connue ou suspectée, le laboratoire se réserve le droit de demander la prise en charge de tout ou partie des frais de remise en état.

2. Echantillon amianté ou pour analyse d'amiante – Matrice sol uniquement

Pour ce type d'échantillon, nous vous demandons d'apposer sur les échantillons l'étiquette ci-dessous :

**ASBEST
VERDACHT**

Pour ces échantillons, avec mesure d'amiante, une portion de 100g doit être envoyée contenue en double ensachage plastique zippé (pas de pot de sol à l'intérieur). Si d'autres analyses sont demandées, un pot de sol doit être transmis en complément avec également l'étiquette ASBESTOS.

Dans les deux cas, en cas de commande digitale, merci d'ajouter le code 77906 « suspicion amiante » lors de votre passage de commande.

Note : en raison du risque amiante associé, l'analyse du COT ne sera pas possible sans l'obtention d'un résultat négatif en amiante. Les analyses d'amiante sont sous-traitées et obtenu sous un délai de 10-12 jours ouvrés.

3. Echantillon pour analyses de Dioxines – Matrice sol et eau

Pour ce type d'échantillon, nous vous demandons d'apposer sur les échantillons l'étiquette ci-dessous :

**DIOXIN
SUSPECTED**

AL-West B.V.

Dortmundstraat. 16b, 7418 BH Deventer, The Netherlands
Tel.: +31 570 788-110, Fax: +31 570 788-108
info@al-west.nl www.agrolab.nl



4. Echantillon pour analyse d'explosif – Matrice sol uniquement

Pour des raisons de sécurité, le laboratoire AL-West ne peut analyser des échantillons présentant un seuil trop élevé en composés explosifs.

En conséquence et afin d'être en mesure de prendre en charge vos échantillons un test rapide sera effectué sur vos échantillons afin de déterminer les risques en présences.

Si ce test indique une prise en charge possible en accord avec nos règles de sécurité, les analyses pourront être réalisées sans attendre les analyses explosifs confiées au laboratoire sous-traitant de Bruckberg.

Si toutefois ce test indique un taux d'explosif présent, le protocole suivant sera mis en place:

- Envoi d'une première portion de l'échantillon au laboratoire de Bruckberg pour analyse explosif
Dans l'attente du résultat aucun échantillon ne sera analysé par AL- WEST
- A réception des résultats, confirmant l'acceptabilité de votre échantillon, les analyses pourront être réalisées par AL-WEST